



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Bytom, dnia 23.04.2018

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn „**Dostawa zestawów chromatograficznych gazowych do wyznaczania poziomu zagrożenia pożarowego – 2 komplety**”.

Pytanie

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę zestawów chromatograficznych gazowych do wyznaczania poziomu zagrożenia pożarowego – 2 komplety, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego certyfikatu dla urządzenia składanego wraz z ofertą wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga deklaracji zgodności z dyrektywami „nowego podejścia” UE oraz oznaczenia przedmiotu dostawy znakiem CE.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis w SIWZ Część B punkt 4.2.

Obecne brzmienie punktu 4.2.:

4.2. W celu wykazania **braku podstaw wykluczenia** oraz **spełnienia warunków udziału w postępowaniu** określonych w SIWZ, Część B, pkt. 3.1., Wykonawca, przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty (aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

Po zmianie punkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

4.2. W celu wykazania **braku podstaw wykluczenia** oraz **spełnienia warunków udziału w postępowaniu** określonych w SIWZ, Część B, pkt. 3.1., **Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany, zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):**

Powyższe informacje nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie ich w ofertach, w związku z czym nie zachodzi konieczność przedłużania terminu składania ofert tj. nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
OS. KONIEK 142 00 000
WYKONAWCA DLA BRONICZAN I OKOLIC

mgr Krzysztof Kubiś

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Andrzej Kleszcz