



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Bytom, dnia 02.11.2017r.

Sprostowanie i uszczegółowienie treści SIWZ

Zamawiający dokonuje sprostowania oraz uszczegółowienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu medycznego:

Zadanie 1. Dostawa defibrylatorów

Zadanie 2. Dostawa respiratorów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)

Zadanie 3. Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.)

Zadanie 4. Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych (5 szt.)

Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)

Zadanie 6. Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (10 szt.)

Zadanie 7. Dostawa zestawów szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.)

Zadanie 8. Dostawa zestawów do wkluc doszpikowych do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.).”

Sprostowaniu i uszczegółowieniu ulegają:

1. Nazwa Zadania 6. Nowe brzmienie nazwy:

„Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (25 szt.)”

Ilekoć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest nazwa „Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (10 szt.)

Zamawiający niniejszym pismem zmienia ją na „Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (25 szt.)”.

2. W Części A punkt 2 poprzez dopisanie następującego zdanie:

W **Zadaniu 5**, w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający posługuje się nazwą **pulsoksymetr lub pulsometr**.

3. W Części B punkt 12 ppkt 12.5 pn. „Kryteria oceny dla każdego Zadania” poprzez zmianę treści opisu dotyczącego oceny technicznej Zadania 6.

Dotychczasowe brzmienie opisu:

Zamawiający przyjmuje do oceny okres przydatności elektrody do użycia. Punkty za oferowaną cenę oblicza się przyjmując za podstawę najdłuższy okres przydatności elektrody do użycia, przyznając mu maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt., przy czym Zamawiający wymaga minimalnego 2 letniego okresu przydatności elektrody do użycia. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

Okres przydatności elektrody
do użycia danej oferty

----- x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty

Najdłuższy okres przydatności
elektrody do użycia

Obecne brzmienie opisu:

Zamawiający przyjmuje do oceny okres przydatności **opatrunku** do użycia. Punkty za oferowaną cenę oblicza się przyjmując za podstawę najdłuższy okres przydatności **opatrunku** do użycia, przyznając mu maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt., przy czym Zamawiający wymaga minimalnego 2 letniego okresu przydatności **opatrunku** do użycia. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

Okres przydatności **opatrunku**
do użycia danej oferty

----- x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty

Najdłuższy okres przydatności
opatrunku do użycia

4. W Części C treść Opisu przedmiotu zamówienia – wymagania Zamawiającego w następującym zakresie:

1) Punkt 2 pn. „Opis przedmiotu zamówienia”:

a) **Zadanie 1** - Dostawa defibrylatorów.

Zmianie ulega zapis dotyczący ilości defibrylatorów treningowych.

Jest: defibrylatorów treningowych – 1 szt.

Ma być: defibrylatorów treningowych – **5 szt.**

Ileokroć w SIWZ przywołana jest nazwa „defibrylatorów treningowych – 1 szt., Zamawiający niniejszym pismem zmienia ją na „defibrylatorów treningowych – **5 szt.**”.

b) **Zadanie 3** - Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.)

Uszczegółowieniu ulega zapis określający elementy dostawy.

Jest: Na dostawę składają się:

1. przenośny aparat USG do procedur ratowniczych
2. mobilne urządzenie USG do szybkiej diagnostyki w miejscu zdarzenia
3. przenośne urządzenie do badań przesiewowych poszkodowanych z urazami głowy.

Ma być: Na dostawę **1 szt.** składają się **następujące elementy:**

1. przenośny aparat USG do procedur ratowniczych
2. mobilne urządzenie USG do szybkiej diagnostyki w miejscu zdarzenia
3. przenośne urządzenie do badań przesiewowych poszkodowanych z urazami głowy.

c) **Zadanie 6** - Zestaw opatrunków hydrożelowych na oparzenia wozów bojowych (25 szt.)

Nad tabelą określającą minimalne wymagania dopisuje się następujące zdanie:

„ Na jedną sztukę zestawu składają się elementy opisane poniżej”

W tabeli dokonuje się uściślenia następujących zapisów:

Pozycja 2 pn. Minimalny skład zestawu, **tiret 6:**

Jest: koc przeciwoparzeniowy 100cmx100cm (min 4 szt.)

Ma być: koc przeciwoparzeniowy o wymiarach **min. 100cmx100cm** (min 4 szt.).

Pozycja 2 pn. Minimalny skład zestawu, **tiret 14**:

Jest: rękawiczki jednorazowe (min 2 pary),

Ma być: rękawiczki jednorazowe (min 2 pary) – XL nitrylowe lub lateksowe.

- d) **Zadanie 7** - Dostawa zestawu szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.)

Nad tabelą określającą minimalne wymagania dopisuje się następujące zdanie:

„ Na jedna sztukę zestawu składają się elementy opisane poniżej”.

5. W Części C treść punktu 3 pn. „Wymagania gwarancyjne i serwisowe dla każdego zadania”, w następującym zakresie:

- a) zmienia się nazwa punktu 3.

Jest: „Wymagania gwarancyjne i serwisowe dla każdego zadania”

Ma być: „Wymagania gwarancyjne i serwisowe dla Zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 8 (bez Zadania 6 i 7)”.

- b) doprecyzowaniu ulega zapis podpunktu 3.2.2.:

Jest: „Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych od daty jej zgłoszenia faksem lub mailem i usunąć ją bez żadnej zwłoki, ale nie dłużej niż w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia (mail, fax) usterki. W szczególnie, uzasadnionych przypadkach, w których niemożliwa jest naprawa w wyznaczonym terminie”.

Ma być: „Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych i usunąć ją bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia (mail, fax) usterki.”

6. W Części C treść punktu 6 pn. „Warunki odbioru przedmiotu zamówienia i płatności dla każdego zadania” poprzez doprecyzowanie zapisu podpunktu 6.2.:

Jest: „Warunkiem odbioru jest uruchomienie oraz protokolarne potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania, kompletności, oraz sprawdzenie ilościowe i jakościowe elementów dostawy”

Ma być: Warunkiem odbioru dostawy w zakresie Zadania 1, 2, 3, 4 i 5 jest uruchomienie oraz protokolarne potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania, kompletności oraz sprawdzenie ilościowe i jakościowe elementów dostawy.

Dla Zadania 6, 7 i 8 protokolarne potwierdzenie kompletności oraz sprawdzenie ilościowe i jakościowe elementów dostawy.”

Do Zamawiającego wpłynęły również pytania do zapisów SIWZ w ramach Zadania 3: Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych.

Pytanie I:

Czy dopuszczają Państwo mobilne urządzenie USG do szybkiej diagnostyki wysokiej klasy o poniższych parametrach:

Urządzenie wykonane w technologii cyfrowej, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017.

Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością podłączenia głowic bezprzewodowo za pomocą wifi oraz bluetooth.

Zakres stosowanych częstotliwości pracy 1 – 15 MHz, (określony zakresem pracujących głowic)

Dynamika systemu 160dB

Darmowa aplikacja do pobrania z platformy internetowej do systemu android 4.1 i wyższy oraz iOS 9.0 i wyższy

Masa głowicy wraz z baterią 540g

Czas pracy na baterii 45min

Trzy rodzaje głowic:

C3: convex 2 – 6 MHz, głębokość 3 – 30cm, ilość elementów 192,

C7: convex 3 – 10 MHz, głębokość 2 – 15cm, ilość elementów 192,

L7: linia 4 – 13 MHz, głębokość 1 – 7cm, ilość elementów 192,

Głowice kompatybilne z tabletami i smartfonami z systemami operacyjnymi android 4.1 i wyższy oraz iOS 9.0 i wyższy

Tablet min. 7 cali w zestawie

Oprogramowanie do badań: jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczy, naczyniowych, mięśniowo szkieletowych, kardiologicznych, tkanek powierzchniowych.

Archiwizacja danych na dysku zewnętrznym

Pomiary: dystans, obrys, pole powierzchni, elipsa.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z opisanymi w SIWZ parametrami technicznymi, które podyktowane są szczególnymi, bardzo trudnymi warunkami użytkowania aparatów tj. wyrobisko górnicze.

Pytania II :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z dynamiką systemu powyżej 160dB?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z rozdzielczością monitora 1024x768?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie jest wyposażony w gładzik obsługujący tzw. gesty?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z liczbą klatek w pamięci CINE wynoszącą 9 000 zamiast wymaganych 10 500?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z maksymalną liczbą klatek pamięci dynamicznej B min. 500?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z wbudowanym dyskiem twardym o pojemności 80GB?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z funkcją obsługującą technologię skrzyżowanych ultradźwięków (min 5 kierunków)?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z częstotliwością odświeżania w trybie B min. 390 fps?

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem powiększania obrazu min. 4 razy?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez funkcji mającej na celu wykrywanie i zapobieganie artefaktom ruchowym w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z 2 przełączalnymi częstotliwościami pracy dla CD, PW?
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o moduł łączności bezprzewodowej?

Odpowiedź na pytania 1-12:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z opisanymi w SIWZ parametrami technicznymi, które podyktowane są szczególnymi, bardzo trudnymi warunkami użytkowania aparatów tj. wyrobisko górnicze.

13. Prosimy o wyjaśnienie, ilu sztuk urządzeń Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 3. Opis zadania nr 3 wskazuje na 2 szt. urządzeń: „Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.)”, natomiast zamieszczony opis parametrów wskazuje na 3 szt. urządzeń.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zadania 3 Zamawiający wymaga dostawy dwóch sztuk przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych. Na **jedną sztukę** składają się:

1. przenośny aparat USG do procedur ratowniczych
2. mobilne urządzenie USG do szybkiej diagnostyki w miejscu zdarzenia
3. przenośne urządzenie do badań przesiewowych poszkodowanych z urazami głowy

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozłączenie zadania nr 3 do osobnych zadań, co w konsekwencji pozwoli na złożenie oferty na aparaty ultrasonograficzne w pełni spełniające postawione wymagania?

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

Powyższe informacje nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie ich w ofertach, w związku z czym nie zachodzi konieczność przedłużania terminu składania ofert tj. nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPRZESŁ DŁ. EKONOMIKI I FINANSÓW

mgr Krzysztof Kubera

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPRZESŁ DŁ. TECHNICZNYCH

mgr inż. Andrzej Kleszcz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNOPRAWNYM

K1-2730 RĄDCA PRAWNY
Aleksandra Szumilas